



Nr. 30740/ 31.03.2023

Răspuns solicitare clarificări anunț ADV 1354049/29.03.2023

Ca urmare a solicitării de clarificări pentru anunțul ADV 1354049/29.03.2023, transmise de către un operator economic, vă comunicăm următoarele:

**Întrebarea nr. 1:** La electrocauter - vreau mai multe detalii, eu nu am regăsit nicăieri electrocauter steril de unică folosință.

**Răspuns întrebarea nr. 1:**

Se solicită electrocauter steril de unică folosință.

Exemplu:

<https://www.esteto.ro/produse-7642-electrocauter-bipolar-f7244-steril-unica-folosita-varf-fin-temperatura-maxima-1200-c-15-x-180mm?qcl>

**Întrebarea nr. 2:** La aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na - doresc să știu ce fel de cuplă aveți: midwest sau cuplă rapidă tip KaVo.

**Răspuns întrebarea nr. 2:**

Cuplă midwest.

**Întrebarea nr. 3:** La suport pahare - doresc să știu modul de prindere: pe brațul unitului sau pe perete.

**Răspuns întrebarea nr. 3:**

La accesorii unit dentar (suport pahare), dorim dozator de pahare cu modul de prindere pe perete.